

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

Nosotros, el fabricante:

Nombre del fabricante: Dirección del fabricante:	Teledyne Gas Measurement Instruments Ltd Inchinnan Business Park Renfrew Escocia, Reino Unido PA4 9RG
---	---

Declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, el siguiente equipo:

Modelo de producto: Objeto de la declaración: Modelos y rango de temperatura ATEX Marcado ATEX	Protégé ZM Monitor portátil de gas único CO 096-3459-01 (Rojo) $-30^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +50^{\circ}\text{C}$ H2S 096-3459-02 (Rojo) $-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +50^{\circ}\text{C}$ O2 096-3459-03 (Rojo) $-50^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +50^{\circ}\text{C}$  II 1 G Ex ia IIC T4 Ga
Certificado de examen tipo UE: Organismo Notificado:	ITS 12ATEX27643X INTERTEK Italia Sp.A. Vía Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio - Milán (MI) Italia
Número de Organismo Notificado:	2575
Notificado de Aseguramiento de Calidad Organismo Notificado:	CSA Group Netherlands B.V. Utrechtseweg 310, 6812 AR, Arnhem, Países Bajos
Número de Organismo Notificado:	2813
Número de Notificación de Garantía de Calidad del Fabricante:	SIRA 00 ATEX M077

Está diseñado y fabricado de conformidad con las Directivas y Normas aplicables siguientes:

Legislación de la Unión Directiva:	Estándar:
ATEX: 2014/34/UE	EN IEC 60079-0: 2018 EN 60079-11:2012
EMC: 2014/30/UE	EN 50270:2015
RoHS: 2011/65/UE, Anexo II modificado por la directiva (UE) 2015/863	RoHS 3 Consideración a EN IEC 63000:2018

Yo, el abajo firmante, por la presente declaro, bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante, que el diseño del equipo especificado arriba se ajusta a las Directivas y Normas anteriores, y se ha demostrado el cumplimiento de los requisitos esenciales de seguridad.

Firmante autorizado

Firma: 

Nombre: Khris Timmons
Authorised representative

Título: ingeniero de certificación

Fecha: 30 de noviembre de 2022



www.TeledyneGFD.com