



DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

Scott Safety, una división de Scott Technologies, Inc. Monroe Corporate Center
4320 Goldmine Road Monroe, NC
28110-7355 USA

Tel.: (704) 291-8300

Fax: (704) 291-8340

Para un Monitor de Gas Único Portátil

MODELOS PROTÉGÉ ZM: CO
H2S
O2

FABRICANTE: Scott Safety, una división de Scott Technologies, Inc. Monroe Corporate Center 4320 Goldmine Road Monroe, NC 28110-7355 USA

Teléfono: (704) 291-8300 Fax: (704) 291-8340

NÚMEROS DE MODELO: CO 096-3459-01 (Rojo), 096-3459-11 (Gris)
H2S 096-3459-02 (Rojo), 096-3459-12 (Gris)
O2 096-3459-03 (Rojo), 096-3459-13 (Gris)

CLASIFICACIÓN IP: IP66/67

ARCHIVO TÉCNICO #: TF20120914-Protégé ZM PGM

DIRECTIVAS: Directiva ATEX (2014/34/UE) y Directiva EMC (2014/30/UE)

Nº DE CERTIFICADO ATEX: ITS12ATEX27643X

CÓDIGO ATEX:   II 1 G Ex ia IIC Ga

Rangos de temperatura ATEX:
CO -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
H2S -40°C ≤ Ta ≤ +50°C
O2 -50°C ≤ Ta ≤ +50°C

NORMAS: EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 50270:2015 EN 60079-11:2012 EN 60079-26:2007

Organismo Notificado ATEX: Intertek Testing & Certification Limited
Intertek House, Cleeve Road
Leatherhead, Surrey, KT22 7SB UK

Declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que el Protégé ZM Monitor de Gas Portátil Único, Números de Modelo 096-3459-01, 096-3459-11, 096-3459-02, 096-3459-12, 096-3459-03 y 096-3459-13 a los que se refiere esta declaración cumplen con la Directiva ATEX 2014/30/UE y la Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/34/UE y con las normas mencionadas arriba cuando se instalan y mantienen adecuadamente y se utilizan para el propósito para el cual están destinadas.

Autorizado por:



Nombre: Michael Mobley

Título: Gerente de Certificación

Condiciones Especiales para el Uso Seguro

1. La capacitancia medida en las piezas metálicas del enclosure excedió 3 pF (la capacitancia máxima medida fue 4.4 pF). El usuario deberá determinar la idoneidad del equipo en la aplicación final y tomar las precauciones necesarias en su uso. No hacerlo puede resultar en lesiones graves o muerte.